

**PAKIET II - URZĄDZENIE DO TRENINGU EKSCENTRYCZNEGO KOŃCZYŃ DOLNYCH**

**Postępowanie nr 10/PN/2018 - zał. nr 2 do SIWZ**

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazawa handlowa	Producent	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość netto złotych	Stawka VAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Urządzenie do treningu ekscentrycznego kończyn dolnych. OPIS: Urządzenie umożliwiające obiektywnie ocenić wielkości pracy wykonanej podczas treningu ekscentrycznego, pozwalające na tworzenie charakterystyk treningowych na podstawie przeprowadzonej oceny z opcją dawkowania indywidualnych obciążeń oraz monitorowania postępów w trakcie treningu. Urządzenie powinno: umożliwić niezależny pomiar siły dla każdej kończyny w wzorcu trójzgięcia kończyn dolnych w pozycji siedzącej; zapewnić regulację siedziska dla testowanych osób o różnym wzroście i długości kończyn; archiwizację danych z przeprowadzonych testów i treningów; instrukcja obsługi oraz wszystkie używane wiersze poleceń w języku polskim. Wymogi stawiane oprogramowaniu: zezwala na archiwizację danych z testów; umożliwia przeprowadzenia testów pracy ekscentrycznej dla każdej kończyny z osobna i ustalanie obciążenia na podstawie uzyskanych wyników; dopuszcza wykorzystanie modułu biofeedback do monitorowania generowanej siły podczas pracy ekscentrycznej celem śledzenia dokładności w/w parametru w trakcie testów niezależnie dla lewej i prawej kończyny; monitoruje parametry: siły, mocy, pracy i precyzji generowanej podczas treningu wywołonej siły niezależnie dla lewej i prawej kończyny w formie raportu; zezwala na generowanie raportów progresywnych; umożliwia regulację ilości cykli pracy kończyn: nie mniej niż 25 cykli na minutę; akceptuje zmiany ilości cykli kroków w trakcie prowadzonego treningu; bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie udzielonej gwarancji; bezpłatna zmiana języka oprogramowania na język polski w trakcie eksploatacji systemu w miarę dostępności. Minimalne wymagania techniczne: rejestracja momentu siły – 3300 N (zależny od prędkości silnika i zakresu ruchu pedału nożnego) niezależny dla lewej i prawej kończyny; możliwość regulacji dla ćwiczącego o wzroście min. 150cm i nie mniej niż 200cm; zakres ruchu pedału nożnego nie mniej niż 17° i nie więcej niż 30°; zasilanie - 230V.</p>			szt	1			
<b>RAZEM:</b>						<b>netto:</b>		
						<b>brutto:</b>		

.....  
pieczętka i podpis oferenta