



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 665-16-65-170

Znak sprawy: 13/PN/2013_zapytania_odpowiedzi_1

Busko-Zdrój, dnia 14.11.2013 roku

Zainteresowani/
strona internetowa zamawiającego

Dotyczy: zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 z późn. zmianami) na „Dostawę leków, materiałów medycznych i opatrunkowych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju – część I”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 z późn. zmianami), w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

ZAPYTANIE NR 1

Czy w Pakiecie numer IV w pozycjach od 1 do 3 Zamawiający ma na myśli rękawice lateksowe pudrowane czy bezpudrowe ?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający wymaga rękawic lateksowych bezpudrowych

ZAPYTANIE NR 2

Czy w Pakiecie numer IV w pozycjach od 4 do 6 Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu szpitala, oczekuje rękawic nitrylowych w opakowaniach 200szt, przebadanych pod kątem odporności na min. 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony, zgodnie z normą EN 374-3, z oryginalnym nadrukiem substancji oraz poziomem ochrony na opakowaniu jednostkowym?

ODPOWIEDŹ:

Tak, wymaga

ZAPYTANIE NR 3

Czy w Pakiecie numer IV w pozycji numer 26 Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 100ml trzyczęściową ?

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszcza ale nie wymaga

ZAPYTANIE NR 4

Czy w Pakiecie numer IV w pozycjach od 45 do 46 Zamawiający oczekuje cewników typu Foley'a z nadrukowaną fabrycznie na opakowaniu jednostkowym informacją o maksymalnym czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta ?

ODPOWIEDŹ:

Tak, wymaga

ZAPYTANIE NR 5

Czy w Pakiecie numer IV w pozycji numer 47 Zamawiający oczekuje opatrunku przezroczystego z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych u dorosłych, z wycięciem typu V na port pionowy ze wzmocnieniem, 2 paski wzmacniające i metka do opisu, z systemem aplikacji typu ramka, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą, opakowanie papier-folia, I klasa sterylna, rozmiar 6cm x 8,5cm

ODPOWIEDŹ:

Tak, dopuszcza ale nie wymaga



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 665-16-65-170

Znak sprawy: 13/PN/2013_zapytania_odpowiedzi_1

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe ustalenia dotyczące terminu i miejsca składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR
21 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWSKOWO-REHABILITACYJNEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

dn. med. Bernard Solecki

(Kierownik zamawiającego)

Sporządził:
M.P. tel.413780919