



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 655-16-65-170



21 WOJSKOWY SZPITAL
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Nr 174/O/SG/2019

28-100 Busko-Zdrój

Postępowanie nr 2/PN/2019_modyfikacja_treści_SIWZ_3

Busko-Zdrój, dnia 27.03.2019 roku

Zainteresowani/
strona internetowa Zamawiającego

Postępowanie nr 2/PN/2019

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, którego przedmiotem jest „Dostawa środków do utrzymania higieny dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi udzielonej w zapytaniu nr 3 które dotyczy poz. 4 - PAKIET X ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ - pismo nr 170/O/SG/2019 z dnia 26.03.2019 roku zamieszczone na stronie internetowej pod nazwą: 2_PN_2019_MODYFIKACJA_treści_SIWZ_1_ODPOWIEDZI_na_zapytania :

1. Treść złożonego zapytania:

Poz. 4: Czy Zamawiający w ramach uszczegółowienia opisu dot. dużej oporności mechanicznej rękawic jednorazowych akceptuje następujące właściwości fizyczne w zakresie wymagań minimalnych:

- 1) grubości pojedynczej ścianki w (mm) nie mniej niż dla: dłoni 0,33 mm i mankietu 0,20 mm;
- 2) wydłużeniem względne przy zerwaniu liczonej w % nie mniej niż 650;
- 3) siły zrywu liczonej w (N) nie mniej niż 6,0.

2. Poprzednia odpowiedź Zamawiającego:

TAK, Zamawiający akceptuje w/w właściwości i modyfikuje dotychczasowy opis przedmiotu w poz. 4 który otrzymuje brzmienie:

„Rękawice jednorazowego użytku nitrylowe o grubości pojedynczej ścianki nie mniejszej niż: 0,3 mm dla dłoni i 0,2 mm dla mankietu; wydłużeniem względnym przy zerwaniu nie mniejszym niż 650% oraz siłę zrywu nie mniejszej niż 6 N. Niesterylne, bezpudrowane z cienkim rolowanym brzegiem, odporne na rozerwanie, w pudełku dozującym po 100 szt. o rozmiarach: S, M, L. Produkt w zakresie klasyfikacji CE powinien spełniać wymagania kategorii III dla środków ochrony indywidualnej, posiadający deklarację zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

3. Modyfikacja odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje dotychczasową odpowiedź opisu przedmiotu w poz. 4 i nadaje jej nowe brzmienie:

„Rękawice jednorazowego użytku nitrylowe o grubości pojedynczej ścianki nie mniejszej niż: 0,1 mm dla dłoni i 0,08 mm dla mankietu; wydłużeniem względnym przy zerwaniu nie mniejszym niż 400% oraz siłę zrywu nie mniejszej niż 6 N. Niesterylne, bezpudrowane z cienkim rolowanym brzegiem, w pudełku dozującym po 100 szt. o rozmiarach: S, M, L. Produkt w zakresie klasyfikacji CE powinien spełniać wymagania kategorii III dla środków ochrony indywidualnej, posiadający deklarację zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 655-16-65-170

Postępowanie nr 2/PN/2019_modyfikacja_treści_SIWZ_3

Wszelkie dotychczasowe zapisy dotyczące miejsca, dnia i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że dokonane modyfikacje stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
21 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr n. med. Józef Szlachetka
(Kierownik Zamawiającego)

Marian Pasek (413780919)
27.03.2019 r.
T-2602
2 PN 2019 MODYFIKACJA tresci SIWZ 3.doc