



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 665-16-65-170

Znak sprawy: 5/PN/2014_zapytania_do_treści_SIWZ_1

Busko-Zdrój, dnia 24.04.2014 roku

Zainteresowani/
strona internetowa zamawiającego

Postępowanie nr 5/PN/2014

Dotyczy: zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 z późn. zmianami) na „Dostawę urządzeń medycznych i wyposażenia dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju– część II”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 z późn. zmianami), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 6 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść wiarygodności wynikającej z przedmiotowej Umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istniejącego zapisu w projekcie umowy.

ZAPYTANIE NR 2

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1a oraz 2a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 10% na 5%?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istniejącego zapisu w projekcie umowy.

PAKIET I – Aparat ultrasonograficzny

ZAPYTANIE NR 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o wadze 70 kg ?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny o powyższym parametrze

ZAPYTANIE NR 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z możliwością 15-krotnego powiększenia obrazu rzeczywistego i zamrożonego ?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie dopuści aparatu ultrasonograficznego o powyższych parametrach.

ZAPYTANIE NR 5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowicą convex do badań jamy brzusznej, ginekologii i położnictwa; Zakres częstotliwości pracy przetwornika (MHz) 2,0 – 6,0 MHz: 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode), dwiema częstotliwościami pracy obrazowania harmonicznego; Kątem pola skanowania (widzenia) 60 stopni, Ilość elementów (kryształów) 192?

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny o powyższych parametrach



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 665-16-65-170

Znak sprawy: 5/PN/2014_zapytania_do_treści_SIWZ_1

ZAPYTANIE NR 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z głowicą liniową do badań małych narządów, naczyń i naczyń; Zakres częstotliwości pracy przetwornika 5 – 12 MHz: - 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode), - 2 przełączalnych częstotliwości pracy obrazowania harmonicznego z obrazowaniem trapezowym?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie dopuści aparatu ultrasonograficznego o powyższych parametrach.

ZAPYTANIE NR 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny bez możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicy liniowej?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie dopuści aparatu ultrasonograficznego o powyższym parametrze.

ZAPYTANIE NR 8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z wbudowanym USB obsługującym Flash Memory oraz CD-R/RW umożliwiającym archiwizację bazy danych i transferu obrazów w formatach BMP, AVI,html, DICOM?

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie dopuści aparatu ultrasonograficznego o powyższych parametrach.

ZAPYTANIE NR 9

Z uwagi na fakt, że producent oferowanego przez nas sprzętu medycznego zaleca wykonywanie 1 przeglądu gwarancyjnego w czasie trwania okresu gwarancji, zwracamy się z prośbą o obniżenie wymogu dotyczącego wykonania przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji i zmiany zapisu na następujący "Przeгляд techniczny w okresie trwania gwarancji według zaleceń producenta tj. na zakończenie okresu gwarancji". Wykonanie 1 przeglądu na zakończenie okresu gwarancji pozwoli Wykonawcom na złożenie tańszej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wymogu udzielonej gwarancji. W pakiecie I w części - WYMAGANIA OGÓLNE – zdanie drugie, dokonuje zmiany poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

„Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi i szkolenia merytorycznego wykonywania badania narządu ruchu, udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na zaoferowany wyrób, oraz do 1 bezpłatnego przeglądu technicznego pod koniec okresu udzielonej gwarancji”

ZAPYTANIE NR 10

Zwracamy się z prośbą o obniżenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia? Wydaje nam się, że dla Wykonawców zaoferowanie aparatu USG w wymaganej przez Zamawiającego konfiguracji i z proponowanym przez Zamawiającego 36-miesięcznym okresem gwarancji, podwyższy cenę oferty w znaczący sposób. Zaoferowanie aparatu np. z 24-miesięcznym okresem gwarancji pozwoli Wykonawcom na złożenie tańszej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w zapytaniu nr 9

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z upoważnienia Dyrektora:
W. KASZĘPKA DYREKTORA
ds. Logistyczno-Administracyjnych
21 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO SP ZOZ
(Kierownik Zamawiającego)
mgr Krzysztof Jachym