



21 Wojskowy Szpital  
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ  
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8  
tel. 41 3782417; 41 3782418;  
fax. 41 3780332  
Regon 290524853; NIP 665-16-65-170



**21 WOJSKOWY SZPITAL  
UZDRAWISKOWO-REHABILITACYJNY**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Busku-Zdroju

Nr ..... 665/13 .....

.....  
28-100 Busko-Zdrój

Znak procedury: 6/PN/2013\_ODPOWIEDŹ\_1

Busko-Zdrój, dnia 11.06.2013 roku

### Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) na „Dostawa urządzeń medycznych i wyposażenia dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam:

### CZĘŚĆ 3- ELEKTROKARDIOGRAF

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią 100 badań i nieograniczoną możliwością archiwizacji na dyskach twardej i nośnikach zewnętrznych za pomocą dołączonego oprogramowania komputerowego?

#### Odpowiedź:

– tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt o powyższych parametrach.

#### Pytanie 2

Co Zamawiający dopuści aparat EKG, który po podłączeniu do komputera za pomocą specjalnego oprogramowania pozwala na zapisywanie badań na pamięć PenDrive jak i na kartach SD?

#### Odpowiedź:

– tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt o powyższych parametrach.

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 3,2 kg ?

#### Odpowiedź:

– nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

#### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który za pomocą specjalnego oprogramowania pozwala na przesyłanie badania wraz z opisem poprzez e-mail?

#### Odpowiedź:

– nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

#### Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat wyposażony był w tryb „long” (pozwalający na monitorowanie pacjenta nawet do 10 min.), służący do wykrywania arytmii?

#### Odpowiedź:

– nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.



Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkościami zapisu 5/25/50mm?

Odpowiedź:

- tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt o powyższych parametrach.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści aparat bez zmian kompozycji ekranu, prosimy o dopuszczenie z uwagi na całkowity brak wpływu tego parametru na użytkowanie kliniczne i wartości diagnostyczne aparatu?

Odpowiedź:

- tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt o powyższych parametrach.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści aparat bez współpracy z systemem Kardioteka co jasno wskazuje na jednego wykonawcę/dystrybutora a w zamian za to dopuści rozwiązanie pozwalające na tworzenie raportów w formacie PDF który może być odczytywany i edytowany przez powszechnie dostępne i darmowe programy.

Odpowiedź:

- tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt o powyższych parametrach.

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuści aparat z wbudowanym czytnikiem kart SD i kartą w zestawie zamiast podłączania pamięci PenDrive?

Odpowiedź:

- nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkościami wydruku 5/6,25/12,5/25/50mm/s?

Odpowiedź:

- tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt o powyższych parametrach.

Pytanie 11

Czy zamawiający dopuści aparat Dysponujący managerem plików, pozwalającym zapisać 300 zapisów EKG w pamięci wewnętrznej, ponadto 100 lub 200 zapisów EKG na karcie SD

Odpowiedź:

- tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt o powyższych parametrach.

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuści aparat dysponujący wzmocnieniem: 2,5, 5, 10, 20 i 40mm/mV oraz trybem automatycznym?

Odpowiedź:

- tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt o powyższych parametrach.

Pytanie 13

Czy zamawiający dopuści aparat o łącznej wadze nie przekraczającej 3 kg?

Odpowiedź:

- nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.



Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością eksportu danych przez USB lub wifii do komputera, lecz bez możliwości przesyłania zapisów badania wraz z opisem poprzez e-mail bezpośrednio z aparatu?

Odpowiedź:

- nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wadze 4,6 kg?

Odpowiedź:

- nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG nie współpracujący z programem kardioteka? Według naszej wiedzy program ten dedykowany jest wyłącznie dla aparatów jednej firmy, co wyklucza możliwość wolnej konkurencji.

Odpowiedź:

tak, Zamawiający dopuszcza sprzęt o powyższych parametrach.

**Pytania dotyczące postanowień siwz i projektu umowy:**

Pytanie 1

Wnosimy o wykreślenie z §5 ust. 13 sformułowania: „co nie pozbawia Zamawiającego prawa do ich potrącenia względem wierzytelności przysługujących Wykonawcy oraz dochodzenie odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych” i zastąpienie go zapisem: „naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź:

- nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o modyfikację §5 ust. 14 projektu umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź:

- nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

**DYREKTOR**  
21 WOJSKOWEGO SZPITALA  
UZDROWSKOWO-REHABILITACYJNEGO  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
*dr n. med. Bernard Solecki*