



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 6551665170

Postępowanie nr 7/PSU/2022_modyfikacja_treści_SWZ_1



21 WOJSKOWY SZPITAL
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Nr 302/0/SG/2022

Busko-Zdrój, dnia 14.06.2022 roku

Zainteresowani/
strona internetowa Zamawiającego

Postępowanie nr 7/PSU/2022

Dotyczy: modyfikacji treści SWZ w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”, której przedmiotem jest „Dostawa urządzeń medycznych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju”.

- I. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela następujących wyjaśnień:

PAKIET I - ZESTAW URZĄDZEŃ DO KINEZYTERAPII

ZAPYTANIE NR 1

Czy Zamawiający wymaga w przypadku odcinka szyjnego kręgosłupa zdecydowanie bardziej precyzyjnej regulacji obciążenia w zakresie nie więcej niż 0,1kg (100g)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

ZAPYTANIE NR 2

Czy Zamawiający rozumie przez precyzyjną możliwość ustawiania osi obrotu specjalny wskaźnik laserowy, który umożliwi precyzyjne wyznaczenie osi obrotu i na tej podstawie bardzo dokładne ustawienie pozycji pacjenta?

ODPOWIEDŹ:

TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PAKIET II - URZĄDZENIA DO HYDROTERAPII

Urządzenie do hydromasażu i masażu podwodnego całego ciała

ZAPYTANIE NR 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 90 dysz do masażu perłkowego?

ODPOWIEDŹ:

NIE, Zamawiający nie dopuści.

ZAPYTANIE NR 4

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało dostosowanie armatury do wód solankowych, siarczkowych oraz podnózek rozporowy dla pacjentów o niższym wzroście regulowany co najmniej w dwóch pozycjach?

ODPOWIEDŹ:

TAK, Zamawiający wymaga.

PAKIET II - URZĄDZENIA DO HYDROTERAPII

Urządzenie do masażu stóp i podudzi

ZAPYTANIE NR 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dotykowym panelem sterowania, mniejszą ilością dysz 6 ale posiadającą możliwość regulacji kierunku strumienia wypływu wody, przez co masaż jest bardziej dokładny i osiąga się lepsze efekty terapeutyczne?



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 6551665170

Postępowanie nr 7/PSU/2022_modyfikacja_treści_SWZ_1

ODPOWIEDŹ:

NIE, Zamawiający nie dopuści.

ZAPYTANIE NR 6

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało dostosowanie armatury do wód solankowych, siarczkowych?

ODPOWIEDŹ:

NIE, Zamawiający nie wymaga.

- II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ poprzez zmianę treści w zał. nr 3 do SWZ - rozdz. I.1.8) WYMAGANIA zestawu:

– poprawny zapis brzmi:

„8) Sterowanie elektroniczne umożliwiające podawanie dawek J/cm^2 zabezpieczone przed błędem obsługi.”

W przypadku złożenia oferty bez poprawy błędu pisarskiego „...uniemożliwiającej...” na „...umożliwiającej...” w formularzu identyfikująco-cenowym - zał. nr 3 do SWZ - Zamawiający uzna, że Wykonawca w złożonej ofercie uwzględnił powyższą modyfikację SWZ.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie dotychczasowe zapisy dotyczące miejsca, dnia i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR
21 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWSKOWO-REHABILITACYJNEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr n. med. Bernard Solecki
(Kierownik Zamawiającego)

Wykonano w egz. poj. – ad acta