



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 655-16-65-170



21 WOJSKOWY SZPITAL
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Nr 622/18

28-100 Busko-Zdrój

Postępowanie nr 10/PN/2018_modyfikacja_treści_SIWZ_1

Busko-Zdrój, dnia 14.05.2018 roku

Zainteresowani/
strona internetowa Zamawiającego

Postępowanie nr 10/PN/2018

Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, której przedmiotem jest „Dostawa urządzeń medycznych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuję:

PAKIET I – URZĄDZENIE DO HYDROMASAŻU

ZAPYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łożko do hydromasażu suchego za pomocą wody o następujących parametrach :

- wyposażony w dwa niezależnie kontrolowane obrotowe ramiona. Na ramionach zlokalizowane są dysze i 2 niezależnie działające pompy wysokiego ciśnienia,
- cechą wyróżniającą urządzenie jest jego pierwszorzędna funkcjonalność, która pozwala użytkownikowi, na przykład, precyzyjnie kontrolować intensywność masażu po każdej ze stron oraz stosowanie najbardziej złożonych technik masażu,
- różne rodzaje podstawowych masażu i parametrów pozwalają stworzyć nielimitowaną liczbę spersonalizowanych programów masażu. Programy mogą być przypisane do klientów, korzystających z biblioteki programów,
- ponadczasowy, ergonomiczny wygląd wraz ze znakomicie wykończoną powłoką, sprawia, że urządzenie wpasowuje się w każde otoczenie. Dzięki niewielkim jak na możliwości wymiarom zajmują optymalną ilość miejsca. Maksymalne obciążenie to aż 210 kg,
- intuicyjny, dotykowy panel sterowania może zostać ustawiony w pozycji najbardziej dogodnej z punktu widzenia użytkownika. Klienci mogą ustawić wygląd panelu, korzystając z dostępnych szablonów lub dostosować panel do swoich potrzeb,
- wymiary urządzenia : 212x103x500cm,
- powierzchnia membrany : 195x81cm,
- waga pusty/ wypełniony : 185/515kg,
- kontrola dysz : oddzielna,
- ciśnienie : 2 x 6,3 bara,
- zużycie energii : 2,8 kWh,
- system chłodzenia : woda/ powietrze,
- temperatura wody : programowalna,
- biblioteka medyczna : bez limitu,
- czytnik kart oraz czytnik RFID,
- możliwość podłączenia dwóch urządzeń zewnętrznych,

- wbudowana zdalna pomoc techniczna,
- kompatybilność sieciowa : LAN/ WIFI,
- różnorodność typów masażu pozwala klientom osiągnąć najwyższy możliwy poziom dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb. Oferując najwyższy poziom technologiczny, projekt systemu pozwala na przeprowadzanie masażu z boku do środka i odwrotnie. Dzięki systemowi z dwoma pompami, dysze kontrolowane są niezależnie. Urządzenie może być stosowane do terapii jednostronnej lub obustronnej. Zastosowana technologia umożliwia wykorzystanie technik masażu limfatycznego, które od wielu lat stosowane są przez terapeutów,
- specjalnie zaprojektowane oprogramowanie pozwala użytkownikowi konfigurować masaże z dokładnością do 1 cm. Masaże są projektowane na miarę, spełniając wymagania klienta lub pacjenta,
- system umożliwia dostosowanie intensywności ciśnienia jak również szerokości i strefy, wzdłuż której przebiega masaż, nawet w trakcie trwania masażu. Kolejną opcją jest przejście na tryb manualny, nawet w trakcie trwania masażu, aby skoncentrować się na masażu wybranych miejsc.

ODPOWIEDŹ:

TAK, Zamawiający dopuści urządzenie o w/w parametrach pod warunkiem, że:

- urządzenie posiada system chłodzenia wodnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w kol. 2 zał. nr 1 do SIWZ „...*Chłodzenie wody w obiegu zamkniętym poprzez przyłącznie tzw. węzownię do bieżącej zimnej wody ...*”,
- maksymalny poziom hałasu nie przekracza wartości określonej w opisie przedmiotu zamówienia określonym w kol. 2 zał. nr 1 do SIWZ „... *Emisja hałasu maksymalnie 55 dB....*”.

ZAPYTANIE NR 2

Urządzenie wskazane przez Zamawiającego jednoznacznie wskazuje na konkretny model stołu, co wyklucza konkurencję. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści n/w urządzenie o nie gorszych parametrach?

MEDY JET to urządzenie do „suchego masażu wodnego” – suchego bowiem klient oddzielony jest od masującej go wody znajdującej się w wannie, specjalną izolującą membraną.

Urządzenie uległo głębokim modyfikacjom - teraz działa w nowy, innowacyjny sposób - masaż odbywa się wieloma wbudowanymi dyszami.

Silne, ciepłe strumienie wody masując ciało, oddziałują na organizm w sposób właściwy dla podwodnych automatycznych natrysków biczowych, zachowując przy tym wysoki komfort zabiegu.

Przebieg zabiegu jest w pełni automatyczny z możliwością programowania różnych stref masażu: całkowitego, na plecy lub obejmujący część górną pleców, część dolną pleców, biodra/uda, biodra/kończyny dolne, masaż miejscowy - w obszarze ok.15 cm i masaż punktowy.

Wyjątkowo prosta obsługa i łatwość wykonania masażu umożliwia prowadzenie zabiegu w każdej chwili bez konieczności specjalnego przygotowania pacjenta.

Duża powierzchnia leżenia pozwala na wygodną pozycję podczas masażu a wysokość ułatwia, zarówno zajęcie miejsca na leżance, jak i zejście z urządzenia.

System ciśnieniowych dysz natryskowych, ukrytych pod membraną, zasilany jest poprzez elektronicznie sterowany system rozdzielczy. W celu regulacji temperatury wody zostały w urządzenie wbudowane systemy podgrzewania lub chłodzenia.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą sterownika z ekranem dotykowym. Medyjet posiada możliwość stosowania gotowych lub indywidualnie regulowanych programów zabiegowych.

Pełne odprężenie, zwiększenie ukrwienia, pobudzenie krążenia, regulacja napięcia mięśniowego, uśmierzanie bólu to efekty porównywalne ze skutkami osiąganymi podczas masażu klasycznego.



Ciepła „sucha kąpiel” zapewni każdemu doskonały relaks i obudzi na nowo radość życia. Wspaniale wycisza i uspokaja przed kolejnymi zabiegami wellness.

- powierzchnia leżenia - membrana gumowa,
- wnętrze wanienki wypełnione wodą,
- dysze systemu wodnego wbudowane na stałe, bez ruchomych elementów mogących ulec uszkodzeniu podczas niewłaściwego wykonywania zabiegu (system nie posiada ruchomego wózka z dyszami),
- natrysk dyszami wodnymi oparty na systemie rozdzielaczowym,
- możliwość dowolnego konfigurowania przebiegu zabiegu – tj. zmiana stref masażu kolejno następujących po sobie np. masaż całkowity, masaż barków, masaż nóg, masaż barków, masaż całkowity,
- możliwość dopasowania zakresu działania do wzrostu pacjenta (trzy zakresy),
- możliwość zmiany ciśnienia masażu,
- regulacja czasu zabiegu,
- regulacja temperatury zabiegu (system podgrzewania lub chłodzenia),
- rodzaje zabiegów: gotowe programy zabiegowy (masaż relaksacyjny, masaż klasyczny itd.), możliwość programowania własnych przebiegów zabiegowych.

Dane techniczne:

- wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. 2120 x 1040 x 640 mm,
- zasilanie elektryczne ok. 230 V; 50 Hz; 2,5 kW,
- przyłącze wody zimnej DN 15,
- przyłącze kanalizacyjne DN 32.

ODPOWIEDŹ:

TAK, Zamawiający dopuści urządzenie o w/w parametrach pod warunkiem, że:

- urządzenie posiada system chłodzenia wodnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w kol. 2 zał. nr 1 do SIWZ „ ...Chłodzenie wody w obiegu zamkniętym poprzez przyłącze tzw. węzownicę do bieżącej zimnej wody ...”,
- maksymalny poziom hałasu nie przekracza wartości określonej w opisie przedmiotu zamówienia określonym w kol. 2 zał. nr 1 do SIWZ „ ... Emisja hałasu maksymalnie 55 dB....”.

ZAPYTANIE NR 3

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie wyposażone było w dysze systemu wodnego wbudowane na stałe, bez ruchomych elementów mogących ulec uszkodzeniu podczas niewłaściwego wykonywania zabiegu? (system nie posiadał ruchomego wózka z dyszami).

ODPOWIEDŹ:

NIE, Zamawiający nie wymaga.

Wszelkie dotychczasowe zapisy dotyczące miejsca, dnia i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR
21 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr n. med. Bernard Solecki
(Kierownik Zamawiającego)

Wykonano w egz. poj. – ad acta

Marian Pasek (413780919)

14.05.2018 r.

T 9/17

10 PN 2018 MODYFIKACJA treści SIWZ 1 ODPOWIEDZI na zapytania.doc