



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 6551665170

21 WOJSKOWY SZPITAL
UZDRAWISKOWO-REHABILITACYJNY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju
Nr 376/0/SG/2022
28-100 Busko-Zdrój

Postępowanie nr 11/PSU/2022_modyfikacja_treści_SWZ_1

Busko-Zdrój, dnia 25.07.2022 roku

Zainteresowani/
strona internetowa Zamawiającego

Postępowanie nr 11/PSU/2022

Dotyczy: modyfikacji treści SWZ w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”, której przedmiotem jest „Dostawa urządzeń medycznych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW URZĄDZEŃ DO KINEZYTERAPII

ZAPYTANIE NR 1

Czy zamawiający dopuści zestaw, w którym obiektywna ocena siły mięśniowej odbywa się w oparciu o skurcz izometryczny, na bazie którego programowane są parametry treningu związane z doбором obciążenia (w tym dla skurczu auksotonicznego)?

ODPOWIEDŹ:

NIE, Zamawiający nie dopuści.

ZAPYTANIE NR 2

Czy zamawiający dopuści zestaw, w którym dla kręgosłupa lędźwiowo-piersiowego regulacja obciążenia na stosie odbywa się w krokach co 2,5 kg, a dla kręgosłupa szyjnego, co 1 kg? Warto nadmienić, że regulacja, co 2,5 kg nie jest dużym sokiem ze względu na konstrukcję urządzenia, która zapewnia opór dostosowany do fizjologicznie generowanego przez daną grupę mięśniową momentu siły i rozkłada się według krzywej. Inaczej ujmując, opór jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla ćwiczącego, równocześnie pozwala na maksymalne zaangażowanie mięśnia do pracy w całym zakresie jego pracy.

ODPOWIEDŹ:

NIE, Zamawiający nie dopuści.

ZAPYTANIE NR 3

Czy zamawiający dopuści zestaw, w którym maszyna przeznaczona dla odcinka szyjnego posiada stos o wadze 25 kg? Opór dostosowany do fizjologicznie generowanego przez daną grupę mięśniową momentu siły i rozkłada się według krzywej. Inaczej ujmując, opór jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla ćwiczącego, równocześnie pozwala na maksymalne zaangażowanie mięśnia do pracy w całym zakresie jego pracy.

ODPOWIEDŹ:

TAK, Zamawiający dopuści.

ZAPYTANIE NR 4

Czy zamawiający dopuści zestaw, w którym wykonawca zapewni niezwłoczną instalację oprogramowania na nowym komputerze w przypadku awarii?

ODPOWIEDŹ:

NIE, Zamawiający nie dopuści.



21 Wojskowy Szpital
Uzdrowskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rzewuskiego 8
tel. 41 3782417; 41 3782418;
fax. 41 3780332
Regon 290524853; NIP 6551665170

Postępowanie nr 11/PSU/2022_modyfikacja_treści_SWZ_1

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wszelkie dotychczasowe zapisy dotyczące miejsca, dnia i godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR
21 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWSKOWO-REHABILITACYJNEGO
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
dr. med. Bernard Solecki
(Kierownik Zamawiającego)

Wykonano w egz. poj. – ad acta